



送信器名称 CH番号	注射案 CH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	26.7
最低値	25.1
平均値	26.0

14 / Oct / 2014      鈴木 聖