



送信器名称 CH番号	保温庫 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	22.2
最低値	18.8
平均値	20.6

I carried out thermometer validation by CHINO copr. on 27/Nov/2015.

01 / Dec / 2015 鈴木 聖