



| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 送信器名称 CH番号 | 冷凍庫 CH1 |
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | °C |
| 収録データ数 | 2017 |
| 欠損データ数 | 0 |
| 測定間隔 | 00:05:00 |
| 最高値 | -8.3 |
| 最低値 | -27.0 |
| 平均値 | -26.0 |

2013/11/27 キー 温度計トレーサビリティ更新作業実施のため -20°C以上の逸脱
 ↳ 2013/11/27 11:55 -25.5°C
 2013/11/27 12:00 -8.3°C
 2013/11/27 12:05 -17.9°C
 2013/11/27 12:10 -21°C

2013/12/10 鈴木 聖

依頼者より回収対象ではない旨確認