



送信器名称
OH番号

冷凍庫	OHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	-17.4
最低値	-27.4
平均値	-26.5

13 / Dec / 2013 10:38 ~ 10:42 データ入れ替えたため -20°C 以上で記録
されない様に、冷凍庫本体の温度計は -25°C であることを目視にて確認。(2013)

* 17
10 / Dec / 2013 山本理恵

* 修正 17 / Dec / 2013 山本理恵