



| 送信器名称<br>CH番号 | 冷蔵庫A<br>CH1                         |
|---------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | ℃                                   |
| 収録データ数        | 4033                                |
| 欠損データ数        | 0                                   |
| 測定間隔          | 00:05:00                            |
| 最高値           | 8.1                                 |
| 最低値           | 3.7                                 |
| 平均値           | 5.3                                 |

2014/5/23 15:25頃 治験薬の整理中に感知部位に手が接触又は  
 扉開閉時間が長かったため、8℃以上となった。その後8℃以下になったのを  
 確認した。2014/5/23 当該モニターに連絡し対応済み

( 15:15 5.3℃  
 15:20 5.4℃  
 15:25 8.1℃  
 15:30 6.2℃ )

27/May/2014 鈴木 聖