



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	9.3
最低値	4.0
平均値	4.9

24/Dec/2014 松尾 光  
 2014.12.18 14:05 温度ロガーのバッテリー交換作業中に  
 閉鎖時間が長くなり警報が鳴った  
 14:10 6.2℃に庫内が下がったことを確認  
 同日、当該依頼者へ連絡し対応済

(2014.12.18 14:00 4.7℃  
 14:05 9.3℃  
 14:10 6.2℃  
 14:15 5.8℃)  
 細詳記載を忘念していたため追記  
 09/Feb/2016 松尾光