



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	5.5
最低値	3.1
平均値	3.9

24 / Sep / 2015 鈴木 聖

9/19 ~ 9/23 休日のため確認日を 9/22 → 9/24 とした。