



送信器名称 CH番号	冷蔵庫A20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	5.7
最低値	2.6
平均値	3.9

I carried out thermometer validation by CHINO Corp. on 27/Nov/2015.

01 / Dec / 2015 鈴木 聖