



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.3
最低値	3.4
平均値	4.7

2014/1/10 9:55 頃 治験薬の抽出中に 冷蔵庫の扉を開けて11分間開いた
 長かため、8.3°Cに温度が上昇した。その後、すぐに扉を閉め、8°C以下になるを確認した。
 (9:50 4°C)
 (9:55 8.3°C) 10時頃に当該モーターに連絡し対応済み
 (10:00 5.5°C)
 (10:05 3.7°C)

14/Jan/2014 鈴木 聖