



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.4
最低値	3.4
平均値	4.8

2014 / 1 / 24 10:00 頃 治験薬の抽出中に冷蔵庫の扉を開けたまま時間が長かたため、8.4℃に温度が上昇した。その後、8℃以下になるのを確認して

当該モーターに連絡し対応済み

(9:50 3.8℃
9:55 5.0℃
10:00 8.4℃
10:05 5.3℃)

28 / Jan / 2014 鈴木 聖