

[°C]

10.0

8.2

6.4

4.6

2.8

1.0

14-03-04 00:00 14-03-04 16:48 14-03-05 08:36 14-03-06 02:24 14-03-06 18:12 14-03-07 12:00 14-03-08 04:48 14-03-08 21:36 14-03-09 14:24 14-03-10 07:12 14-03-11 00:00

送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.3
最低値	3.0
平均値	4.9

2014/3/6 10:25頃 治験薬出し時に数回扉の開閉を行、実際に
庫内温度が 8.3°C まで上昇した。(1回の扉開閉時間は短時間のみ、1分。)
その後、8°C 以下になるのを確認した。 3/6 10:30頃に当該モニターに連絡し対応済み

10:15	3.9
10:20	6.4
10:25	8.3
10:30	4.5

11 / Mar / 2014 鈴木 聖