



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.3
最低値	3.1
平均値	4.7

2014 / 5 / 14 16:30 頃 治験薬 整理時に扉の開閉時間が長くなり

庫内温度が8.3℃まで上昇した。その後8℃以下になるのを確認した。
当該モニターと相談対応済み

(16:25 3.6℃
16:30 8.3℃
16:35 5.3℃)

20 / May / 2014 鈴木 聖