



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	10.0
最低値	3.0
平均値	5.2

2014/7/4

(9:50 5°C
9:55 10°C
10:00 6.5°C
10:05 5°C)

9:50頃 治験薬の出し出しを行、実際は扉の開放時間が長くなり、8°C以上となり、その後8°C以下になるのを確認。各モーターに連絡し 2014/7/4 に対応済み

08/Jul/2014 鈴木 聖