



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	6.5
最低値	4.0
平均値	5.2

05 / Aug / 2014 鈴木 聖