



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B OH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.5
最低値	3.4
平均値	5.0

2014/8/15 AM 9:25頃 治験薬出し時に庫内温度が長くなり
8.5℃まで上昇した。その後5.2℃に収まったことを確認した。
また、当該治験薬のモニターに連絡し対応済み。

(2014/8/15 9:10 4.9℃
9:15 4.1℃
9:20 5.8℃
9:25 8.5℃
9:30 5.2℃)

19 / Aug / 2014 鈴木 聖