



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B CH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	10.0
最低値	2.9
平均値	4.6

30 / Sep / 2014 鈴木 聖

(2014.9.25
11:10 4.7°C
11:15 10°C
11:20 6.1°C)

2014.9.25 11:05頃、
治験薬出し時にファイルを探して
11:20 用内時間が長くなり
8°C以上となった。扉を閉め温度が
正常化するのを確認した。
当該依頼者に連絡し対応済