



送信器名称 CH番号	冷蔵庫B20141202 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.6
最低値	3.2
平均値	4.7

2015. 4. 22 9:50頃 治験薬を入庫中に扉の開閉時間が長くなり
8.6℃となった。扉を閉め 9:55には 5.0℃となるのを確認した。
当該日に 関係する依頼者へ連絡済

2015. 4. 22 (9:40 4.3℃
9:45 5.2℃
9:50 8.6℃
9:55 5.0℃)

28/Apr/2015 鈴木 聖