



送信器名称 CH番号	冷蔵庫C CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2305
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.0
最低値	2.5
平均値	4.1

2014/9/30 10:25 8.0℃ に温度が上昇し、P-T-L発生 33分。8.0℃は規定内のため問題ない。当該治験依頼者より確認。

07/Oct/2014 鈴木 聖