

[°C]

10.0


8.2

6.4

4.6

2.8

1.0



15-02-17
00:00

15-02-17
16:48

15-02-18
09:36

15-02-19
02:24

15-02-19
19:12

15-02-20
12:00

15-02-21
04:48

15-02-21
21:36

15-02-22
14:24

15-02-23
07:12

15-02-24
00:00

送信器名称
CH番号

冷蔵庫C
CHI

▶ グラフ表示

単位

°C

収録データ数

2017

欠損データ数

0

測定間隔

00:05:00

最高値

7.0

最低値

2.0

平均値

4.2

2015/2/20 11:50 2.0°C となり警報発生。確認したときは 11:50 1.7°C (目視) となり、

ため、センサーの位置を変更し経過をみると 11:53 3.8°C (目視) になり、

当該依頼者に連絡し対応済み。大量に治療薬を当該冷蔵庫へ搬入し庫内の温度が

24/Feb/2015 鈴木 不安定になったことが原因と推測する。

2015/2/20 11:45 3.4°C
11:50 2.0°C
11:50 1.7°C (目視)
11:53 3.8°C (目視)
11:55 3.1°C
12:00 5.4°C

24/Feb/2015 鈴木 聖